



**ВНВ-150-250НВW10/3000-MAS** Мера твердости  
эталонная 150-250 HBW10/3000 (по Бринеллю)

Код: 36915

**25 867 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM



## ОПИСАНИЕ

Значение твердости эталона 150-250 HBW10/3000 (по Бринеллю).


### Частота проверки твердомеров с помощью мер твердости по международным стандартам

- Единичная ежедневная проверка – для периодической проверки твердомера каждый день непосредственно перед проведением измерения.
- Множественная ежедневная проверка – при работе в три смены имеет смысл проводить проверку в начале каждой смены.
- Еженедельная проверка – если твердомер используется только один раз в неделю, то проверка проводится в день использования.

Твердомеры проходят **поверку/калибровку** один раз в год путем прямой и косвенной проверки.

Сперва проводится прямая проверка испытательной нагрузки, измерительной системы, цикла испытания и проверка индентора.

Последующая косвенная проверка с использованием меры твердости показывает корректность взаимодействия всех элементов твердомера, которые были проверены во время прямой проверки прибора. Кроме того, с помощью мер твердости можно проверить повторяемость результатов измерений, проведенных прибором.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

CNCM

Твердость:

150-250 HBW10/3000

По: Бринеллю

Тип прибора: Меры твердости

В: 88.7

Н: 17 мм

Вес: 0.825 кг

Вес: 0.825 кг

